



DZP/311/AK/20

Tychy, 03.08.2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę
BIELIZNY OPERACYJNEJ (nr sprawy: 14/20/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMS o gramaturze min. 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Pakowane w worek i karton.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 93 307 650,00 zł



Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach: L oraz XL - po nowym roku dostępne wszystkie rozmiary tj. M – XXL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i rękawach o gramaturze min. 38g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Pakowane w worek i karton.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 1 niżej opisanego fartucha?

Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy, z elastycznymi mankietami z dzianiny, u góry zapinany na rzep z możliwością wielokrotnego mocowania, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M – XXL Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm.. Materiał typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o gramaturze 35g/m², zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem 2 ręczniki celulozowe, całość owinięta w papier krepowy Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem umieszczonym także na nalepce do umieszczenia na dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w dwa karton.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 2 niżej opisanego fartucha?

Wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy, jednorazowego użytku sterylny fartuch chirurgiczny, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wstawki – wzmocniona w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, u góry zapinany na rzep z umożliwiającą wielokrotnego zapinania. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wiązany na troki umocowane w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowuje pełną sterylność tylnej i przedniej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M – XXL Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm. Materiał typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o gramaturze 35g/m², wzmocnienia o gramaturze 50 g/m². Fartuch zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem 2 ręczniki celulozowe, całość owinięta w papier krepowy Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem umieszczonym także na nalepce do umieszczenia na dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w dwa karton.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 5

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu nr 3 na pozycje. Jednym z głównych założeń nowelizacji ustawy z 2016 roku było dążenie ustawodawcy do podziału zamówień na jak najmniejsze części, w celu zwiększenia konkurencyjności między wykonawcami oraz dostępu do zamówień dla mniejszych przedsiębiorstw.

Opisanie 43 specjalistycznych zestawów (w tym zestawów typu CustomPack), serwet i akcesoriów w jednym pakiecie skutecznie blokuje możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co zaś skutkuje ograniczeniem zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż podzielenie pakietu pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m², z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m², całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m²

Serweta na stolik Mayo w formie worka złożonego w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu

Materiał spełnia wymagania normy EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 5

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 9 – ZESTAW UNIWERSALNY – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawu uniwersalnego znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje w 43 pozycjach specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń (w tym typu CustomPack) wraz z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych wykonawców, a różniący się niuansami, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.

Zamawiający winien opisać oczekiwane przez siebie zestawy w sposób umożliwiający złożenie oferty równoważnej – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej możliwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 9

Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 9 niżej opisanego zestawu?

Zestaw (komplet) uniwersalny wzmocniony. Minimalny skład zestawu:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw posiada informacje o min. dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał 3 warstwowy na całej powierzchni o gramaturze 75g/m² i chłonności 458%. Pady chłonne o gramaturze całkowitej 155g/m² i chłonności 990% Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produkt pakowany w wewnętrzny dispenser kartonowy oraz zewnętrzny karton transportowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pakiet nr 10

Dotyczy pakietu nr 5

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 23 – ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawu znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje w 43 pozycjach specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń (w tym typu CustomPack) wraz z obłożeniem będącym w ofertach innych wykonawców, a różniący się niuansami ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.

Zamawiający winien opisać oczekiwane przez siebie zestawy w sposób umożliwiający złożenie oferty równoważnej – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej możliwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 11

Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 23 niżej opisanego zestawu?

Zestaw (komplet) serwet jałowych do cięcia cesarskiego. Min. skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy o wym. 150 x 190 cm

1 osłona na stolik Mayo o wym. 79 x 145 cm w kształcie worka, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta do cięcia cesarskiego (ułożenie płasko na stole) o wym. 230x330 cm z torbą na płyny oraz oknem z folią chirurgiczną o wym. 36x36cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta dla noworodka o wym. 75x120 cm;

1 taśma samoprzylepna o wym. 9 x 50 cm.;

4 ręczniki celulozowe o wym. 30,5x34cm

Materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw posiada informacje o min dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał obłożenia składa się z 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze materiału 60 g/m2.) Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 11 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 2 niżej opisanych kombinezonów?

Kombinezon ochrony chemicznej kategorii III w rozmiarze XL

Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu zakryty listwą z taśmą klejącą, elastycznymi mankietami w nadgarstkach, kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, kolor biały. bez ochraniaczy na obuwiu. Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

Poziomy wydajności

EN 14605	Typ 4	Działanie ochronne przed rozpyleniem
EN ISO 13982-1	Typ 5	Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu
EN 13034	Typ 6	Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości

Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009 , EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2008 EN 14325:2004

Pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego, pełnobarierowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie wzmocnionego jałowego pełnobarierowego fartucha chirurgicznego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocnionego bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obecnie dostarczanego podkładu z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Op.30 szt.

Pokryty polipropylenową włókniną typu Spunlace o gramaturze 17g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 150g/m² z superabsorbującym polimerem. Warstwa spodnia o gramaturze 50g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu 335 g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1 i 2

Czy zamawiający wydzieli pozycję 1 oraz 2 do osobnego pakietu, pozwoli to otrzymać większą liczbę korzystniejszych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 i utworzy z niej odrębne zadanie pozwoli to otrzymać większą liczbę korzystniejszych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści 3 chłonne ściereczki w rozmiarze 60x80cm w zamian za 3 ściereczki 70x80cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu nr 5 , pozycja 9 i 23

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej cenowo oferty prosimy o wydzielenie z pakietu nr 5 poz. 9 i 23 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m²,denko: polipropylen 25g/m², wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m², oddychający

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 22

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 25

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w woreczek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 26

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 7 i 9

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną czterowarstwową z osłoną na oczy. Osłona pokryta folią ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na troki. Z wkładką modelującą na nos, wyposażoną w piankę w części górnej zabezpieczającą przed zaparowaniem osłony. Maską typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną trzywarstwową z paskiem zapobiegającym przed parowaniem dla osób noszących okulary spełniającą wymogi normy EN 14683 typ IIR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maskę standardową w rozmiarze 17,5cm x 9,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maskę standardową w rozmiarze 17,5cm x 9,5cm z osobno dołączoną osłoną na brodę? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji nr 9 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi mankietami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'1szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe .

Pytanie nr 35

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej od zewnątrz o gramaturze 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 36

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej (przód i rękawy) oraz włókniny polipropylenowej (tył) o gramaturze 39 g/m² (przód i rękawy) i 27 g/m² (tył)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment .

Pytanie nr 37

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane w opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe .

Pytanie nr 38

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami.

Rękaw o długości min. 56cm + mankiet 6cm. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 39

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g w kolorze niebieski, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana, biały trok w pasie oraz 2 na szyi, z krótkim rękawem, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem w okolicy karku na standardowy na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o obwodzie 160cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody..

Pytanie nr 45

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem w okolicy karku na standardowy na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o obwodzie 160cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,
dolną z elastyczną gumką 80x150cm,
2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na mikroskop w rozmiarze 137x260cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 52

Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g /m². WVTR 3500 g/m²/24 h. Opakowanie a' 70 szt z przeliczeniem podanych ilości bądź podanie ceny za 1szt z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1100 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125 g /m². WVTR 3500 g/m²/24 h. Opakowanie a' 112 szt z przeliczeniem podanych ilości bądź podanie ceny za 1szt z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: jeden chłonny podkład 60 x90 cm, serweta z włókniny typu spunlance 75 x 80 cm, ręcznik 40 x 40 cm, jedna osłona głowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o składzie:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 140 cm x 240 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm + 2 x podłokietnik 35x75cm pakowany osobno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 57

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną wzmocnioną o wymiarach 140 cm x 240 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów pakowany razem z serwetą na stół instrumentalny 150x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 58

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny podfoliowanej o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik 35x75cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 60

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 61

Dotyczy pakietu nr 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z polipropylenu i polietylenu o gramaturze 63 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62

Dotyczy pakietu nr 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty bez warstwy antypoślizgowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C pakowany a'1 szt. o rozmiarze 183 cm x 104 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64

Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody o rozmiarze 250 x15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 65**Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Super	1		90x60
serweta kompresowa	2	włóknina kompresowa	80x60
czapeczka dla noworodka	1		12x10

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. W kartonie 15 zestawów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66**Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o składzie:

Serweta okulistyczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego , w rozmiarze 150x150 cm z otworem owalnym 9x11 cm z dwiema kieszeniami na płyny - 1 szt

Serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x90 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt

Ośłony na podłokietniki wykonane z włókniny trójwarstwowej w rozmiarze 60x40 cm wykończone gumką - 2 szt

Materiał na całej powierzchni spełnia wymogi normy EN 13795+A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu , I klasa palności wg. 16 CFR 1610. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min. dwoma naklejkami do umieszczania w dokumentacji pacjenta. (indeks wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta)

Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów-umożliwiający sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania antyseptycznego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 67**Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści Serwetę okulistyczną wykonaną z laminatu dwuwarstwowego , w rozmiarze 150x150 cm z otworem owalnym 9x11 cm z dwiema kieszeniami na płyny.

Materiał na całej powierzchni spełnia wymogi normy EN 13795+A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu , I klasa palności wg. 16 CFR 1610. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min. dwoma naklejkami do umieszczania w dokumentacji pacjenta. (indeks wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta)

Serweta posiada oznakowanie w formie piktogramów-umożliwiający sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania antyseptycznego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 68

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę z gumkami o gramaturze 35 g/m² o rozmiarze 60x40 cm, pakowaną a'1 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 90x75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 90x130 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 73

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści sterylne fartuchy chirurgiczne wzmocnione folią, posiadają rękaw prosty, zakończony mankietem, ułożenie typu książka wzmocnienia z przodu i na rękawach ze strefą komfortu użytkownika, wyrób medyczny klasy Is, zgodne z dyrektywą 93/42/EEC, wykonane z nieprzeziernej włókniny

polipropylenowej typu SMS, wzmocnienia polietylenowe z polipropylenową strefą komfortu fartuch o gramaturze: materiał podstawowy 35 g/m²; wzmocnienie 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Dokładnie takie wartości zawarte są w formularzu cenowo – asortymentowym i nie wymagają dopuszczenia.

Pytanie nr 75

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższym opisie:

Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy, rękaw o kroju typu reglan z elastycznymi mankietami z dzianiny, u góry zapinany zapinany na "rzep" na szyi, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową (czteroscieżkowy szew ultradźwiękowy). Rozmiar M – XXL Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm. Materiał typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze 35g/m², zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm. Opakowanie jednostkowe (koperta folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem. Na opakowaniu jednostkowym 2 samoprzylepne naklejki transferowe do umieszczenia na dokumentacji pacjenta zawierające: nazwę dostawcy, nazwę wyrobu, numer referencyjny (wskazujący również na rozmiar fartucha), numer serii i datę ważności. Fartuch bez lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższym opisie:

Wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy, jednorazowego użytku sterylny fartuch chirurgiczny, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wstawki – wewnętrzne wzmocnienie w części przedniej i na ¾ rękawów. Rękaw o kroju typu reglan, zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, u góry zapinany na "rzep" na szyi. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wiązany na troki umocowane w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowuje pełną sterylność tylnej i przedniej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową (czteroscieżkowy szew ultradźwiękowy). Rozmiar M – XXL. Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm. Materiał typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze 35g/m², wzmocniony laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Fartuch zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm. Opakowanie jednostkowe (koperta folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem. Na opakowaniu jednostkowym 2 samoprzylepne naklejki transferowe do umieszczenia na dokumentacji pacjenta zawierające nazwę dostawcy, nazwę wyrobu, numer referencyjny (wskazujący również na rozmiar fartucha), numer serii i datę ważności Fartuch bez lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78

Dotyczy pakietu nr 4 – wymagania ogólne

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie raportu z walidacji procesu sterylizacji w zamian za certyfikat z procesu walidacji sterylizacji wyrobu. Raport ten przedstawia wszystkie szczegółowe dane dotyczące wyników walidacji procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 79

Dot. SWIZ – Rozdział V pkt. 2 c)

Mając na uwadze że przetarg jest na dostawy różnych wyrobów z włókniny prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji na dostawy wyrobów medycznych (np. wyrobów z włókniny) w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 80

Dotyczy wzoru umowy.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisów w projekcie umowy §6 na:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niedostarczonych w terminie zamówionych towarów, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia,

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, dotyczącego reklamowanych towarów, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę .

Pytanie nr 81

Dotyczy wzoru umowy.

1) Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści, że w przypadku wydłużenia realizacji umowy zgodnie z przywołanym ustępem nie dojdzie do przekroczenia kwoty o której mowa w § 3 ust. 1.

2) Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostanie w wysokości określonej w ust. 1. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustaw., Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

3) Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest

odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

4) Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

5) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych odpowiednio do wysokości:

- a. 0,2% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy w lit a)
- b. 0,2% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień zwłoki w realizacji reklamacji w lit. b)
- c. 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w lit. c)

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

6) Wnosimy o wykreślenie § 11 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

**PROKURENT
KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska**